

**СИСТЕМА КАТАЛОГИЗАЦИИ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**КАТАЛОЖНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА СНАБЖЕНИЯ
Амперметр цифровой
(6627571656216)**

2020 г.

**СИСТЕМА КАТАЛОГИЗАЦИИ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

СОГЛАСОВАНО
Начальник ФГБУ «ГНМЦ»
Минобороны России

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Визит»

С.В. Петров
«_____» _____ 20__ г. А.В. Иванов
«_____» _____ 20__ г.

КАТАЛОЖНОГО ОПИСАНИЯ ПРЕДМЕТА СНАБЖЕНИЯ
Амперметр цифровой
(6627571656216)

Разработчик – Главный конструктор АО «Визит»

А.А. Романов

СОГЛАСОВАНО
Начальник 111 ВП МО РФ

К.Н. Смирнов
«_____» _____ 20__ г.

Каталожное описание предмета снабжения				
Федеральный номенклатурный номер		Наименование предмета снабжения		
6627571656216		Амперметр цифровой		
Стандартный формат описания		Утвержденное наименование ПС		
Номер	Наименование	Код	Наименование	
0772	Средства измерений напряжения и силы тока	565	Амперметр цифровой	
Сведения о регистрации КО			Организация - разработчик КО	
номер заявки	дата регистрации	регистрационный номер	код по ОКПО	наименование
282			93306602	АО «Визит»

Перечень характеристик, подлежащих регистрации в каталоге

Позиция характеристики	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Тип	Восстанавливаемый, многофункциональный, одноканальный
2	Номер технических условий	ТУ 4747-1414-55555-2000
3	Государственный заказчик продукции	Минобороны РФ
5	Код по ОКП	438900
6	Код по ЕСКД	ЗПА.399.116
8	Номер в спецразделе Госреестра СИ ВН	27773-04 от 23.03.2013
11	Обозначение при заказе	МР2587Г-ХХ-Х-ХХ-ХХ
13	Назначение	Приборы предназначены для измерения тока в сетях постоянного тока судовых энергетических установок, а также для работы в тяжелых условиях эксплуатации на предприятиях различных отраслей промышленности
14	Тип заменяемого СИ	34.01.01
22	Год начала производства, г.	2006
26	Состояние производства	Освоен производством
28	Организация - разработчик	АО «Визит»
29	Организация - изготовитель	АО «Визит»
30	Организация - хранитель документации	АО «Визит»
34	Наличие программа модернизации	Нет
35	Способ утилизации	Разборка на детали
36	Наличие программы утилизации	Нет
38	Документы на поставку	руководство по эксплуатации
38	Документы на поставку	паспорт
40	Тип корпуса	брызгозащищенного исполнения
41	Вид отображения информации	Цифровая индикация результатов измерения в виде четырех цифр с фиксированной запятой
42	Вид питания	От сети постоянного тока напряжением 27 В

1	2	3
		$\pm 10\%$
43	Потребляемая мощность, В*А, не более	4
44	Группа эксплуатации по механическим воздействиям	Приборы должны быть прочными к воздействию механических ударов одиночного действия (по 3 удара в каждом из трёх взаимно-перпендикулярных направлений) с ускорением 3000 м/с ² и длительностью от 0,5 до 2 мс
45	Группа эксплуатации по климатическим воздействиям	2.1.1, 2.1.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 по ГОСТ РВ 20.39.304
47	Рабочий диапазон температуры, °С, не менее	-10
47	Рабочий диапазон температуры, °С, не более	50
48	Наработка на отказ, ч, не менее	50000
49	Гамма - процентный ресурс, ч при заданном условии: Доверительная вероятность, не менее	8000 0,95
50	Гамма - процентный срок службы, лет, не более	15
51	Гамма - процентный срок сохраняемости для отопляемых помещений, лет	15
52	Гамма - процентный срок сохраняемости для неотапливаемых помещений, лет	5
53	Среднее время восстановления, ч, не более	4
54	Межповерочный интервал, мес	60
55	Масса, кг, не более	1,2
56	Длина, мм	120
57	Высота, мм	80
58	Ширина, мм	160
59	Наличие цифрового отсчета результатов измерений	Да
60	Наличие внутриприборной автоматизации	Да
61	Наличие дистанционного управления	Нет
62	Наличие выхода на внешние устройства	Нет
63	Наличие возможности программирования	Нет
64	Наличие микропроцессора	Нет
65	Наличие выхода в канал общего пользования	Нет
66	Наличие интерфейсной функции	Нет
68	Наличие золота	Да
69	Наличие платины	Нет
70	Наличие серебра	Да
71	Масса золота, г	0,121
73	Масса серебра, г	0,11
102	Постоянный ток, А, не менее	0
102	Постоянный ток, А, не более	0,005
102	Постоянный ток, А, не менее	0
102	Постоянный ток, А, не более	0,02
102	Постоянный ток, А, не менее	0,004
102	Постоянный ток, А, не более	0,02
151	Предел основной относительной погрешности измерения тока постоянного, %, не более	0,5
154	Класс точности	0,5
155	Организация - поставщик	АО «Визит»
156	Обозначение технических условий	ТУ 4747-1414-55555-2000
157	Обозначение по основному конструкторскому документу	MP2587Г-XX-X-XX-XX

[illegible]